

**Załącznik nr 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
do zapytania ofertowego na dostawę sprzętu
i wyposażenia medycznego z dnia 16.03.2026 r.**

Lp.	Nazwa towaru/ usługi	Opis funkcjonalny/ jakościowy – minimalne wymagania
1.	Koncentrator tlenowy	<p>Parametry techniczne</p> <ul style="list-style-type: none">• Przepływ tlenu: 0,5 – 5 l/min (regulowany)• Stężenie tlenu: ok. 93% ±3% przy 5 l/min• Ciśnienie wyjściowe: ok. 5.5 PSI• Poziom hałasu: ok. 45 dB (cicha praca)• Pobór mocy: ok. 350 W• Masa urządzenia: ok. 14 kg• Wymiary: ok. 58,4 × 38,1 × 24,1 cm• Zakres pracy: do wysokości ok. 2286 m n.p.m. <p>Funkcje i wyposażenie</p> <ul style="list-style-type: none">• system OPI (Oxygen Percentage Indicator lub równoważny) monitorujący poziom stężenia tlenu i sygnalizujący spadek poniżej normy,• możliwość podłączenia nawilżacza tlenu,• wbudowany licznik godzin pracy,• kółka transportowe ułatwiające przemieszczanie urządzenia,• prosta obsługa (przełącznik zasilania i regulator przepływu).